

OPERASIONAL DAN MANUAL CB 004 EX-G

No	TYPE	KARAKTERISTIK	SPESIFIKASI KINERJA	ANALISA RESIKO ALAT
1.	CB-004 EX-G	Diperuntukan untuk periksa pasien dan UGD dengan menggunakan pengatur untuk sandaran kepala dan menggunakan matrass busa sebagai alas untuk tidur	Posisi bed pada bagian kepala bisa diatur sudut ketinggian	Tidak ada
		Terbuat dari frame besi yang dilapisi dengan powder coating, pengatur sudut ketinggian pada bagian kepala menggunakan mekanik gear	Pengaturan sudut ketinggian bagian kepala dilakukan secara maual sampai dengan sudut 50°	Beban yang berlebih akan membuat gear rusak sehingga reclining tidak berfungsi normal atau sama sekali tidak berfungsi



CB-004 Ex G
Examination Gear Bed

PRODUCT SPECIFICATIONS

Main Frame Material Steel / Frame Finishing Powder Coating / Frame Colour Ivory / Dimension W x D x H (mm) 650 x 2000 x 700

PRODUCT DIMENSION

