

PEMBERITAHUAN PENGGANTIAN CASTER BED.

No. Surat : 151/CINT/RND/V/2025
Perihal : Pemberitahuan Penggantian Castor Bed.

Dengan Hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa produk Nursing Bed yang diproduksi oleh PT. Chitose Internasional Tbk dan sudah memiliki sertifikat kesesuaian produk dengan No. PCS 01095.01 yang meliputi 1. Tempat Tidur pasien non elektromedik 2. Tempat tidur pasien elektromedik sudah mengalami penggantian komponen castor dari :

1. Sebelum
 - a. Produsen : SUNNY CASTER CO, Ltd. TAIWAN
 - b. Spec : CASTER DOUBLE WHEEL LOCK & UNLOCK
 - c. Diameter : 125 mm
 - d. Wheel width : 69.5 mm
 - e. System : Lock and Unlock
 - f. Dynamic Load capacity : 150 kg
 - g. Wheel material : Polyamide with TPU Tread



2. Menjadi
 - a. Produsen : GUANGDONG BOSSAY MEDICAL APLIANCE CO, Ltd. CHINA
 - b. Spec : CASTER DOUBLE WHEEL LOCK & UNLOCK
 - c. Diameter : 125 mm
 - d. Wheel width : 70 mm
 - e. System : with Brake and Without Brake
 - f. Dynamic Load capacity : 80 – 120 kg
 - g. Wheel material : PU TPR



Alasan penggantian castor adalah :

1. Desain Improvement
2. Cost Effisiensi

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Cimahi, 26 Mei 2025.
Disampaikan Oleh


PT. Chitose Internasional Tbk

Ivo Agustian.
RnD manager PT. Chitose Internasional Tbk

Noted : terlampir Technical Informasi (TI) penggantian castor

