

Direvisi oleh	Rev.	Disetujui oleh	Tanggal Efektif
Prod. Analyst	△	GL of R&D	01 April 11
Prod. Analyst	△	GL of R&D	02 April 12
Prod. Analyst	△	GL of R&D	01 April 13

### DAFTAR STANDAR KOMPONEN HOSPITAL

Formulir : R&D/DSKH/2013

**TIPE PRODUK** : CB 001D (\* CB = Chitose Bed) NEW  
**NAMA MODEL** : STANDARD BED  
**SISTEM OPERASIONAL** : -  
**CASTER** : DOUBLE LOCK CASTER (SUNNY DIA.100 mm)  
**HF BOARD** : HEAD & FOOT FRAME

No	Kode R&D	Kode CIM	Rank	Nama Komponen	Spesifikasi Komponen (mm)	Berat Komponen (Kg)	Qty / Unit		Suplier + Sub Con
<b>1</b>	<b>C-0001</b>		<b>1</b>	<b>Head &amp; Foot Frame Compl</b>			<b>1</b>		
	C-0001-1-1	-	1-1	Head Pipe ▶ (no.2,9)	Pipa Bulat Ø42.7 x (T)1.2 x (L)2361 STKM	2.899	1	pcs	Spindo/BBM + CIM
	C-0001-2-1	-	1-2	Foot Pipe ▶ (no.2,9)	Pipa Bulat Ø42.7 x (T)1.2 x (L)2161 STKM	2.654	1	pcs	Spindo/BBM + CIM
	C-0001-3	-	1-3	Head Cross Pipe ▶ (no.8)	Pipa Bulat Ø22.2 x (T)1.6 x (L)844.6 STKM	0.686	1	pcs	Spindo/BBM + CIM
	C-0001-4	-	1-4	Foot Cross Pipe ▶ (no.8)	Pipa Bulat Ø22.2 x (T)1.6 x (L)844.6 STKM	0.686	1	pcs	Spindo/BBM + CIM
	K-000003AD	BB-BOL-085-000-000	1-5	Dantuki Bolt AD K-000003AD ▶ (no.5)	M8 x P1.25 x Ø17.8 x Ø10 x (L)12 x (Lt)23 S20C	-	16	pcs	Cakra B
	<b>C-0001-6</b>		<b>1-6</b>	<b>Hokyouita Compl</b>			<b>4</b>		
	C-0001-6-1 + KC-000006	-	1-6-1	Plate (Hokyouita Compl + Nut M8 x P1.25) C-0001-6	Plate (T)2.3 x (W)20 x (L)297 SPCC	0.107	4	set	USC/SSI + Rajawali
	-	-	1-7	Packing Case HF ▶ (no.4,9)	CB/F K125/M125x4 (H)96 x (W)946 x (L)951	-	1	pcs	Kedawung/Purinusa/Djaya Box
	-	-	1-8	Layer 946 X 951 ▶ (no.9)	B/F K125/M125/K125 (W)946 x (L)951	-	1	pcs	Kedawung/Purinusa/Djaya Box
<b>2</b>	<b>C-0002</b>		<b>2</b>	<b>Main Frame Compl</b>					
	H-002100-1	BB-PIP-089-NSB-000	2-1	Side Frame (LH/RH) ▶ (no.9)	Pipa Kotak 70/30 x (T)1.2 x (L)2030 STKR	3.742	2	pcs	Spindo/BBM + CIM
	K-202037	BB-PLT-024-NSB-000	2-2	Sunoko Plate A K-202037 ▶ (no.9)	Plate (T)0.8 x (W)(138) x (L)778 SPCC	0.674	13	pcs	USC/SSI + Hinani
	K-300002C	BB-PIP-001-NSB-000	2-3	Holder C ▶ (no.9)	Pipa Bulat Ø22.2 x (T)1.0 x (L)85(78) STKM	0.044	8	pcs	Spindo/BBM + Hinani
	K-203002	BB-PLT-010-NSB-000	2-4	Holder Plate K-203002	Plate (T)1.2 x (W)34 x (L)129 SPCC	0.041	2	pcs	USC/SSI + Hinani
	K-502011	BB-PLS-011-NSB-000	2-5	Cover Holder K-502011	Colour = Grey [PP]	0.006	2	pcs	Santo Plastic
	K-202042	BB-PLT-018-NSB-000	2-6	Bracket L/R K-202042	Plate (T)3.2 x (W)77 x (L)117.5 SPHC	0.227	4	pcs	USC/SSI + Hinani
	CE-022401-K	-	2-7	Angle K CE-022401 ▶ (no.1)	Plate (T)1.6 x (W)63 x (L)517 SPCC	0.409	6	pcs	USC/SSI + Bahtera M
	CE-022401-L	-	2-8	Angle L CE-022401 ▶ (no.1)	Plate (T)1.6 x (W)63 x (L)88 SPCC	0.070	4	pcs	USC/SSI + Bahtera M
	C-0002-4	-	2-9	Cross Frame Cent ▶ (no.9,11) (A)	Pipa Kotak 40/20 x (T)1.2 x (L)850 STKR	0.928	2	pcs	Spindo/BBM + CIM
	C-0002-5	BB-PIP-051-NSB-000	2-10	Cross Frame (Guide Pipe) ▶ (no.6,7,11)	Pipa Kotak 30/20 x (T)1.2 x (L)1930 STKR	1.748	1	pcs	Spindo/BBM + CIM
<b>3</b>	<b>H-0020500</b>		<b>3</b>	<b>Caster Assy</b>					
	h-002050A-1	BB-CST-058-NSB-011	3-1	Caster With Brake	MFDB-100 grey +T:M16 x (L)20	-	2	pcs	Sunny
	h-002050A-2	BB-CST-057-NSB-011	3-2	Caster With No Brake	MFD-100 grey +T:M16 x (L)20	-	2	pcs	Sunny
	H-008000-1	BB-PLS-015-FLR-000	3-3	Protection Tape (Caster tape)	SPV-3633, 30 mm light blue	-	1.6	mtr	Dunia Baru
	H-008000-2	-	3-4	Double Sided Adhesive Tape	Hi-Bon (L=1 mtr)	-	1.6	mtr	Buana

**TIPE PRODUK** : CB 001D (\* CB = Chitose Bed) NEW  
**NAMA MODEL** : STANDARD BED  
**SISTEM OPERASIONAL** : -  
**CASTER** : DOUBLE LOCK CASTER (SUNNY DIA.100 mm)  
**HF BOARD** : HEAD & FOOT FRAME

No	Kode R&D	Kode CIM	Rank	Nama Komponen	Spesifikasi Komponen (mm)	Berat Komponen (Kg)	Qty / Unit		Suplier + Sub Con
	H-002050A-4	BB-BOL-079-000-000	3-5	S/W (Spring Washer)	Ø16	-	4	pcs	Cahaya.N
	-	BB-BES-002-NSB-000	3-6	Nut For Caster <del>KC</del> (no.3) 9	Ø42.7 x (L)21	0.236	4	pcs	Rajawali
4	C-0002-6	BB-BES-132-NSB-000	4	Mat Guard Standar Bed	Ø10 x (L)(568) SS400	0.350	1	pcs	Rajawali
5	K-500010	BB-PLS-010-NSB-000	5	Bush K-500010	(Nylon) Ø16 x Ø12.9 x (Lt)10 Colour = Natural [PA]	0.001	2	pcs	Santo Plastic
6	K-901038	BB-LBL-002-NSB-000	6	Caution Label	-	-	1	pcs	TPO
7	K-901084	BB-LBL-005-NSB-000	7	Manufacture label	-	-	1	pcs	Import / (Lokal = TPO)
8	CB-901020	BB-LBL-009-NSB-000	8	Chitose Label	-	-	1	pcs	TPO
9	-	BB-PLT-175-NSB-000	9	Packing + Material	CB/F K200/M150x3/K200 (H)170 x (W)975 x (L)2350	-	1	pcs	Kedawung/Purinus/Djaya Box
10	-	BB-LBL-402-000-000	10	Label SNI Nursing Bed ▶ (no.10)	HVS Sticker 20 x 20	-	1	pcs	TPO



( ▶ ) Lihat keterangan lebih lanjut di keterangan revisi

2	Bahan Cat (Powder Coating)	535.90	dm2
	Berat bersih produk (aproximately)	50	Kg
	Max beban : - Dinamis	170	Kg
	- Statis	400	Kg

▶ Keterangan revisi :

No	Tanggal	No. Tech Info	Keterangan
1	09/09/08	21/TI-R&D/NB/08	Penggunaan modifikasi Angle K (CE-022401-K) & Angle L (CE-022401-L). Adanya perubahan spesifikasi lebar angle dari lebar (width) 34menjadi 63 mm
2	11/09/08	22/TI-R&D/NB/08	Perubahan spesifikasi list pipa head pipe & foot pipe dengan caster, yaitu 1. Head Pipe dari Pp STKM Ø42.7 x 1.6 x (2614) menjadi Ø42.7 x 2,0 x (2361) 2. Foot pipe dari Pp STKM Ø42.7 x 1.6 x (2514) menjadi Ø42.7 x 2,0 x (2161)
3	11/09/08	22/TI-R&D/NB/08	Perubahan spesifikasi Nut for caster dari Ø 38,1 x 21 menjadi Ø 42,7 x 21 kode baru untuk Nut for caster Ø 42,7 x 21 = KC-600019
4	16/09/08	25/TI-R&D/NB/08	Perubahan spesifikasi serta supplier packing case HF pipe standard bed (CB-001) / Gear Bed / Andini Bed (H)95.5 x (W)946 x (L)951 supplier Aneka Djaya Box, menjadi (H)96 x (W)946 x (L)951 supplier Djaya Box
5	17/12/09	38/TI-R&D/NB/08	Peralihan subcon komp assy part (screw, dantuki bolt, dll) import ke Cakra B
6	22/04/09	05/TI-R&D/NB/09	Perubahan jumlah (qty) komponen no 2-11 Cross Frame (Guide Pipe) pipa kotak 40/25 x 1,6 x 1910 dari 2 pcs menjadi 1 pcs (untuk cost down harga)
7	30/09/09	08/TI-R&D/NB/08	Perubahan spesifikasi komponen Cross Frame (Guide Pipe) dari pipa kotak 40/25 x 1,6 x 1910 menjadi pipa kotak 40/20 x 1,2 x 1910
8	17/12/09	23/TI-R&D/NB/09	Perubahan spesifikasi pada ukuran panjang untuk komponen Head & Foot Cross Pipe CB-001, yaitu 1. Head Cross Pipe dari Pp bulat Ø22,2 x1,6 x845,3 menjadi Ø22,2 x1,6 x844,6 2. Foot Cross Pipe dari Pp bulat Ø22,2 x 1,6 x845,3 menjadi Ø22,2 x1,6 x844,6
9	29/09/10	21/TI-R&D/NB/10	1. Perubahan spesifikasi komponen Head & Foot Pipe dari tebal (T) 2,0 menjadi tebal (T) 1,2 (untuk cost down harga) 2. Perubahan spesifikasi komponen Side Frame (LH/RH) dari tebal (T) 1,6 menjadi tebal (T) 1,2 (untuk cost down harga) 3. Perubahan jumlah (qty) Sunoko Plate A (CB-001) dari 14 menjadi 13 pcs 4. Perubahan jumlah (qty) Holder C dari 14 pcs menjadi 4 pcs 5. Perubahan spesifikasi komponen Cross Frame (A) dari pipa kotak 50/30 x (T) 1,6 menjadi pipa kotak 30/20 x (T)1,2 (untuk cost down harga) 6. Perubahan Frame (B) Bottom A (CB-002) dari tebal (T)1,6 menjadi (T)1,2 7. Perubahan Side Frame Bottom B (CB-002) dari tebal (T)1,6 menjadi (T)1,2 8. Penggunaan Sunoko Plate Bottom C (CB-002) dihilangkan 9. Perubahan supplier packing case & layer dari Aneka Djaya Box menjadi Kedawung/Purinus/Djaya Box
10	09/11/10	55/TI-R&D/10R00	Penambahan part stiker SNI pada semua produk lokal
11	13/04/12	04/TI-R&D/NB/12	1. Perubahan Cross Frame Center H/F dari Pp kotak 50/30 x 1,2 x 850 menjadi 40/20 x 1,2 x 850 2. Cross Frame (Guide Pipe) dr Pp kotak 40/20 x 1,2 x 1910 menjadi 30/20 x 1,2 x 1930 3. Perubahan Plapart Yamatori menjadi Plastic Adjuster Bush + Hex Nut In Adjuster Bush Plastic (Soho) warna hitam

Cimahi, 01 April 2013

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
		
Rini	Wahyu	Donald KL
Product Analyst	Team Leader	Grup Leader