




PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.
Quality Control (QC)

TEST PRODUCT REPORT

NO. REFERENSI	TANGGAL TERBIT	TANGGAL UJI
-	20 Oktober 2023	18 Oktober 2023
PRODUK / NAMA MODEL	CASTER BED	
PART / NAMA KOMPONEN	CASTER BED BOOSAY	
ALASAN PENGUJIAN	<input checked="" type="checkbox"/> Produk Baru / Model <input type="checkbox"/> Revisi <input type="checkbox"/> Customer Claim <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya : <i>Permintaan dari R&D Caster Boosay sample-2</i>	
TEST / UJI	Mengacu kepada Standar : EN 12531 or ISO 22883 Dynamic Wheel Test	
TUJUAN PENGUJIAN	Untuk mengevaluasi kemampuan Castor untuk bertahan terhadap tekanan kelelahan dan keausan yang disebabkan oleh castor yang bergerak bolak-balik	
NAMA MESIN TEST / UJI	CASTER DURABILITY TEST	
KONDISI PENGUJIAN / SETTING	Caster Durability Test *Beban =400 kg, Frekuensi = 5,887 kali * 500 kali dengan hambatan * 5,387 kali tanpa hambatan	
SYARAT LULUS UJI	Tidak ada fungsi yang hilang	
HASIL	<input checked="" type="checkbox"/> LULUS <input type="checkbox"/> TIDAK LULUS	
TANGGAL : 20 OKTOBER 2023		
DIUJI OLEH	DICEK OLEH	DISETUJUI OLEH
 Feri Pebriana	 Yulan Septian	 Shanty M. Cimahi
QC Testing	Junior Staf of QC	Manager of QC

PICTURE :



PENJELASAN HASIL / KETERANGAN

Tidak ada fungsi yang hilang, maupun kerusakan yang terjadi setelah pengujian selesai