



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ini diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan :

NOMOR IZIN EDAR

ALAT KESEHATAN

KEMENKES RI AKD 10902910315

Nama Dagang / Merek : **CHITOSE® Bed CB 7012 D**
Kelompok / Kelas Resiko : Non Elektromedik Non Steril / A
Kategori Produk : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan
Sub Kategori : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan Terapetik
Jenis Produk : Manual adjustable hospital bed.
Tipe / Ukuran : Type CB 7012 D Ukuran W=1012, L=2141, H=654-994
Kemasan : Unit
Nama Produsen / Pabrikan : PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK, Jawa Barat
Nama Pendaftar : PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK, Jawa Barat
Atas dasar lisensi dari : -

Ketentuan

1. Persetujuan izin edar berlaku sampai dengan 08 Mei 2024.
2. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku.
3. Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
4. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar.
5. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

Jakarta, 13 Mei 2019



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



LAMPIRAN

**NOMOR IZIN EDAR
ALAT KESEHATAN
KEMENKES RI AKD 10902910315**

No.	Deskripsi	Tipe / Kode
1	Head dan Foot Board	ST W
2	Matress (HDPE foam)	MT-001W
3	Matress (Urethane Foam)	MT-003W
4	Matress (Latex)	MT-004W
5	Matress (C-Pro 80 mm)	MT-005W
6	Matress (C-Pro 125 mm)	MT-006W
7	Side Rail	CSR-001
8	Side Rail	CSR-002
9	Side Rail	CSR-003
10	Side Rail (folding)	FSR-001
11	Tiang Infus	HR-001
12	Table	TB-001 W
13	Table	TB-002
14	Bed Side Cabinet	CBC-002 (Low)
15	Bed Side Cabinet	CBC-003 (High)

Dengan ketentuan bahwa izin edar tersebut hanya berlaku untuk deskripsi dan tipe / kode produk yang tercantum dalam lampiran ini

Jakarta, 13 Mei 2019



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



PENANDAAN CB 7012 D



PRODUCT SPECIFICATIONS

Operating System	Adjustable Hi-Lo by crank, adjustable back raise with cylinder gas control (CB-7012 DST, CB-7011 DST)
Accessories	Side Rail (CSR-001, CSR-002, CSR-003) & Folding Side Rail (FSR-001)
Lock System	Double Lock System
Weight (kg)	Approx. 90
Frame Finishing	Powder Coating
Frame Color	Ivory
Frame Material	Steel
Dimension W x D x H (mm)	Bed (W 1012, L 2141, H 654-994), H/F Board (W 1012)

PRODUCT DIMENSION



Keterangan :
 1. Bahan dasar sticker warna putih
 2. Posisi penempelan pada frame

