

MATERI PELATIHAN KARAKTERISTIK & SPESIFIKASI KINERJA

| No | TYPE | KARAKTERISTIK | SPESIFIKASI KINERJA | ANALISA RESIKO ALAT | SPESIFIKASI KEMASAN |
|----|--------|---|---|---------------------|---|
| 1 | CB-001 | Sistem pengoperasian untuk standar ketinggian alas tempat tidur dari lantai dapat disesuaikan dengan 3 tingkat ketinggian (Tinggi, sedang dan rendah) | Ketinggian diatur sesuai dengan kebutuhan pasien | Tidak ada | CB/F K200/M150x3/K200 975 x 2350 x 170 |
| | | Cara penyesuaian ketinggian dilakukan dengan manual (knock down) dengan bantuan tenaga manusia. | Penyesuaian ketinggian dilakukan dengan secara manual dengan tenaga manusia saat kondisi bed kosong (tanpa beban) | | |
| | | Sistem penguncian level ketinggian dengan menggunakan lock pin yang dirancang khusus yang berfungsi sebagai stopper, agar pada saat bed digunakan tidak bisa turun secara sendiri | Lock dirancang untuk dioperasikan secara manual | | |

CB-001 STANDARD BED

PRODUCT SPECIFICATIONS

Operating System Three adjustable Hi-Lo (knock down) / **Accessories** Side Rail (CSR-001, CSR-002, CSR 003)

Main Frame Material Steel / **Head & Foot Frame Material** Steel / **Weight (kg)** Approx. 60 / **Frame Finishing** Powder Coating

Frame Colour Ivory / **Dimension W x D x H (mm)** 930 x 2129 x 932

PRODUCT DIMENSION

