

PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.
Quality Control (QC)

TEST PRODUCT REPORT

CINT/QC/F-011/TPR




NO. REFERENSI	TGL. PENERBITAN	TGL. PENGUJIAN
-	06 Juni 2023	05 Juni 2023
PRODUK	NURSING BED	
NAMA PRODUK	MULTY BED 3E	
ALASAN PENGUJIAN	<input checked="" type="checkbox"/> Produk /Model Baru <input type="checkbox"/> Revisi <input type="checkbox"/> Klaim Konsumen <input type="checkbox"/> Lain-lain : Supplier baru	
STANDAR PENGUJIAN	STANDAR JIS T9205 : 2009 10.3a	
TUJUAN PENGUJIAN	Untuk mengevaluasi kestabilan bed terhadap pembebanan samping	
NAMA PENGUJIAN	STABILITAS BED ARAH MENYAMPING	
SETTING/KONDISI PENGUJIAN	Beban Samping Bed = 230 Kg Waktu Pengujian = 1 jam Jarak beban dari sisi samping = 125 mm	
SYARAT LULUS PENGUJIAN	Bed harus stabil (tidak terguling)	
HASIL PENGUJIAN	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	

GAMBAR :



TANGGAL : 06 Juni 2023

KETERANGAN HASIL PENGUJIAN




DIUJI OLEH	DICEK OLEH	DISETUJUI OLEH
 Feri Pebriana QC Testing	 Yulan Septian Junior Staf QC	 Shanty M. Manager QC

Bed Stabil (Tidak Terguling)



TEST PRODUCT REPORT

CINT/QC/F-011/TPR

NO. REFERENSI	TGL. PENERBITAN	TGL. PENGUJIAN	GAMBAR :
-	06 Juni 2023	05 Juni 2023	
PRODUK	NURSING BED		
NAMA PRODUK	MULTY BED 3E		
ALASAN PENGUJIAN	<input checked="" type="checkbox"/> Produk /Model Baru <input type="checkbox"/> Revisi <input type="checkbox"/> Klaim Konsumen <input type="checkbox"/> Lain-lain : Supplier baru		
STANDAR PENGUJIAN	STANDAR JIS T9205 : 2009 10.3b		
TUJUAN PENGUJIAN	Untuk mengevaluasi kestabilan bed terhadap pembebanan arah lebar		
NAMA PENGUJIAN	STABLITAS BED ARAH LEBAR		
SETTING/KONDISI PENGUJIAN	Beban Lebar = 153 Kg Waktu Pengujian = 1 jam Jarak beban dari sisi samping = 125 mm		
SYARAT LULUS PENGUJIAN	Bed harus stabil (tidak terguling)		
HASIL PENGUJIAN	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG		
TANGGAL : 06 Juni 2023			KETERANGAN HASIL PENGUJIAN
DIUJI OLEH	DICEK OLEH	DISETUJUI OLEH	
 Feri Pebriana QC Testing	 Yulan Septian Junior Staf QC	 Shanty M, Manager QC	Bed Stabil (Tidak Terguling)
