


**JADWAL UJI JATUHAN/BEBAN KURSI BERDASARKAN QUANTITY  
SESUAI STANDAR SNI  
TAHUN : 2015**

No.	Jenis Pengujian	Jml Produksi (Quantity)	Jml Sample Uji	PIC
1	Uji Beban Kursi Lipat (SNI 12-0151-1987)			QC
	a. Uji Jatuhan	250.000 pcs	1	
	b. Uji Beban Statis	250.000 pcs	1	
	c. Uji Beban pada bagian dudukan	250.000 pcs	1	
2	Uji Beban Kursi Putar (SNI 0179-1987-A)			QC
	a. Uji Beban pada Tempat Duduk	100.000 pcs	1	
	b. Uji Beban pada Sandaran	100.000 pcs	1	
	c. Uji Beban pada bidang dalam sandaran	100.000 pcs	1	
3	Uji Beban Kursi Tidak Putar (SNI 0179-1987-A)			QC
	a. Uji Beban pada Tempat Duduk	1000 pcs	1	
	b. Uji Beban pada Sandaran	1000 pcs	1	
	c. Uji Beban pada bidang dalam sandaran	1000 pcs	1	

Cimahi, Tgl. 21 September 2015

Dibuat oleh,



Shanty M.


QC Assistant Mgr

**JADWAL UJI TEMPAT TIDUR BERODA RUMAH SAKIT BERDASARKAN QUANTITY  
SESUAI STANDAR SNI  
TAHUN : 2015**

No.	Jenis Pengujian	Jml Produksi (Quantity)	Jml Sample Uji	PIC
1.	Tempat Tidur Beroda Rumah Sakit ( CB-001 )			QC
	a) Daya Uji Lekat Cat	500 pcs	1	
	b) Ketebalan Cat	500 pcs	1	
	c) Ketahanan Terhadap Pembebanan	500 pcs	1	
2.	d) Ketahanan dan Kelancaran Roda	500 pcs	1	QC
	Tempat Tidur Beroda Rumah Sakit Dengan Pengatur Posisi Tidur ( CB-3012 )			
	a) Daya Uji Lekat Cat	500 pcs	1	
	b) Ketebalan Cat	500 pcs	1	
	c) Ketahanan Terhadap Pembebanan Dengan Posisi Alas Datar	500 pcs	1	
	d) Ketahanan Terhadap Pembebanan Dengan Posisi Alas Diatur pada posisi sudut 30°	500 pcs	1	
e) Ketahanan dan Kelancaran Roda	500 pcs	1		
f) Ketahanan Alat Pengatur Posisi Tidur	500 pcs	1		

Cimahi, Tgl. 21 September 2015

Dibuat oleh,

  
Shanty M  
QC Assistan Mgr