

PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk,

Quality Control (QC)

DAFTAR ALAT UKUR & INTERVAL PEMERIKSAAN CINT / QC / F-018 / DAUIP	No	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl. Efektif
	15	Jr. Staf of QC		QC Manager	27 Juni 2023
	16	Jr. Staf of QC		QC Manager	17 Juli 2023
	17	Jr. Staf of QC		QC Manager	11 Agustus 2023

No	Nama Alat Inspeksi / Pengujian (Tipe dan Merek)	Type / Nomor Seri	Jumlah	Rentang Ukur	Status / Kalibrasi Terakhir	Frekuensi Kalibrasi	Keterangan / Kondisi Alat
1	Bevel Protractor (MITUTOYO)	- / 084142	1 unit	0° ~ 90°	06 Juni 2023	2 Tahun	OK (Layak Pakai)
2	Vernier Caliper (MITUTOYO)	CD - 12° / 1108097	1 unit	0 ~ 300 mm	24 Mei 2023	1 Tahun	OK (Layak Pakai)
3	Height Gauge (MITUTOYO)	192 - 193 / 0316332	1 unit	0 ~ 300 mm	25 Mei 2023	2 Tahun	OK (Layak Pakai)
4	Protractor Level (INSIZE)	2173 - 360 / 0806120156	1 unit	0° ~ 360°	05 Juni 2023	2 Tahun	OK (Layak Pakai)
5	Outside Point Type Caliper (MITUTOYO)	- / 602035	1 unit	0 ~ 150 mm	24 Mei 2023	1 Tahun	OK (Layak Pakai)
6	Digital Thickness Gauge (MITUTOYO)	22019561	1 unit	0 ~ 9 mm	27 Juni 2023 ALAT BARU	2 Tahun	OK (Layak Pakai)
7	Vernier Caliper (MITUTOYO)	- / 626228	1 unit	0 ~ 600 mm	24 Mei 2023	1 Tahun	OK (Layak Pakai)
8	Vernier Caliper (MITUTOYO)	16005738	1 unit	0 ~ 1000 mm	08 November 2021	2 Tahun	OK (Layak Pakai)
9	Vernier Caliper (MATUI)	'- / -	1 unit	0 ~ 200 mm	24 Mei 2023	1 Tahun	OK (Layak Pakai)
10	Digital Weight (ISHIDA)	100177332	1 unit	0 ~ 15 Kg	08 November 2021	2 Tahun	OK (Layak Pakai)
11	Thickness Tester (CHUO SEISAKUSHO)	- / 8545	1 unit	0 ~ 400 µm	14 Oktober 2022 Update (Calibrator Internal)	1 Tahun	OK (Layak Pakai)
12	Dual Scope Mpor FP (FISCHER)	1021G00033	1 unit	0 ~ 2500 µm	06 Juni 2023	1 Tahun	OK (Layak Pakai)
13	Thermometer Digital (Checktemp) (HANNA instrument)	1). 19E54D	1 unit	0 ~ 150 °C	08 November 2021	2 Tahun	OK (Layak Pakai)
14	Digital Light Meter (TASI)	8720	1 unit	0 ~ 200.000 Lux	30 Mei 2023	2 Tahun	OK (Layak Pakai)
15	Roll Meter (TAJIMA)	1). 26917-1 2). 26917-2	2 unit	0 ~ 3.600 mm	13 Juli 2023	1 Tahun	OK (Layak Pakai)
16	Digital Offset Centreline Caliper (MITUTOYO)	0002173	1 unit	10 ~ 200 mm	08 November 2021	2 Tahun	OK (Layak Pakai)
17	Gloss Meter (LANDTEK)	N985347	1 unit	0 ~ 200 GU	08 November 2021	2 Tahun	OK (Layak Pakai)
18	Micrometer (MITUTOYO)	295-115	1 unit	0 ~ 25 mm	08 November 2021	2 Tahun	OK (Layak Pakai)
19	Moisture Meter (SANFIX)	2644243	1 unit	2 ~ 70 %	11 November 2021	2 Tahun	OK (Layak Pakai)

Cimahi, 11 Agustus 2023

Dibuat oleh,

Yulan Septian

Junior Staff QC

Mengetahui,

Shanty M,

Manager QC