




PT. GAYA INSTRUMENTASI NUMERIK

Jalan Gunung Rahayu No. 2 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Pasirkaliki
Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi 40514
Phone Office : (022) 2003491 Fax: (022) 82003637 Hotline: 08122224881
www.ginumerik.com E-mail : info@ginumerik.com



SNI ISO/IEC - 17025:2017

SERTIFIKAT KALIBRASI

Calibration Certificate

Halaman : 1 dari 2
Page of

NOMOR SERTIFIKAT : 3973.G-Sert/10/2023
Certified Number

No. Order
23 G 004 77

Tanggal Kalibrasi : 09 Oktober 2023
Calibration Date

IDENTITAS ALAT

Instrument Identity

Nama : Mistar Siku
Name
Merk / Pabrik : Shinwa
Merk / Manufacture
Tipe / No seri : JIS-JGA / JQ 0306019-3
Type / Serial Number
Kapasitas / Resolusi : 500 mm / 0,05 mm
Capacity / Resolution

IDENTITAS PEMILIK

Owner Identity

Nama : PT. CHITOSE INTERNATIONAL TBK
Name
Alamat : Jl. Industri III No. 5 Utama, RT 001 RW 008, Cimahi, Jawa Barat 40533
Address

KONDISI RUANG : T = (20,2 ± 0,5) °C RH = (52 ± 2,7) %
Environmental Condition

IDENTITAS STANDAR

Standard Identity

Nama : Standar Meter
Name
No Seri : --
Serial Number

METODE KALIBRASI : Manual Instruction
Calibration Methode

Standar tersebut diatas telah tertelusur ke Sistem Satuan Internasional (SI) Melalui Standar Internasional
Ketidakpastian kalibrasi ini merupakan ketidakpastian bentangan yang didapat dari sumber - sumber
kesalahan tipe A dan tipe B sesuai dengan JCGM 100:2008, yang dinyatakan pada tingkat kepercayaan
95 % dengan faktor cakupan k = 2

*Instrument Stated above has been traceable to System International Standard (SI), through Standard Internasional
This calibration uncertainty is Expanded Uncertainty wich referred to type A and B source of error according to JCGM 100:2008
which is expressed as a 95 % confidence level by the coverage factor k = 2*

Di terbitkan tanggal, 13 Oktober 2023
Date of Issue

13 November 2023.

Diverifikasi oleh,

Yulan Septian
Jr. Staff QC

Mengetahui

shanty . M .
Manager QC

Disetujui Oleh
Approved By

Dycki Bachrul Rizqi
Approval Signatory

Tidak dibenarkan mengutip/memperbanyak dan/atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa ijin PT. Gaya Instrumentasi Numerik
Sertifikat ini sah bila telah dibubuhi cap PT. Gaya Instrumentasi Numerik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

Prohibited quote/ reproduce and/ or publish some of the content of this certificate without the written permission of PT. Gaya Instrumentasi Numerik
This certificate valid if it has been stamped PT. Gaya Instrumentasi Numerik



PT. GAYA INSTRUMENTASI NUMERIK

SNI ISO/IEC - 17025:2017

LAPORAN KALIBRASI

Calibration Report

Halaman : 2 dari 2
Page of

NOMOR SERTIFIKAT : 3973.G-Sert/10/2023
Certified Number

Nama : Mistar Siku
Name

Type / No seri : JIS-JGA / JQ 0306019-3
Type / Serial Number

Lokasi Kalibrasi : PT. GAYA INSTRUMENTASI NUMERIK
Calibration Located

Dikalibrasi Oleh : RFN
Calibrated By

SIKU I

Penunjukan Alat <i>Instrument Indication</i> (mm)	Penunjukan Standar <i>Standard Indication</i> (mm)	Koreksi <i>Correction</i> (mm)
0,00	0,00	0,00
100,00	99,97	-0,03
200,00	200,01	0,01
300,00	299,98	-0,02
400,00	399,97	-0,03
500,00	500,02	0,02
Ketidakpastian Kalibrasi / <i>Calibration Uncertainty</i> = \pm 0,05 mm		

SIKU II

Penunjukan Alat <i>Instrument Indication</i> (mm)	Penunjukan Standar <i>Standard Indication</i> (mm)	Koreksi <i>Correction</i> (mm)
0,00	0,00	0,00
50,00	50,00	0,00
100,00	99,98	-0,02
150,00	149,99	-0,01
200,00	200,00	0,00
250,00	250,01	0,01
Ketidakpastian Kalibrasi / <i>Calibration Uncertainty</i> = \pm 0,05 mm		

Akhir dari Sertifikat
End of Certificate

