



PT. GAYA INSTRUMENTASI NUMERIK

Jalan Gunung Rahayu No. 2 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Pasirkaliki
Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi 40514
Phone Office : (022) 2003491 Fax: (022) 82003637 Hotline: 08122224881
www.ginumerik.com E-mail : info@ginumerik.com



SERTIFIKAT KALIBRASI Calibration Certificate

Halaman : 1 dari 2
Page of

NOMOR SERTIFIKAT : 1448.G-Sert/03/2024
Certified Number

No. Order
24 G 001 26

Tanggal Kalibrasi : 18 Maret 2024
Calibration Date

IDENTITAS ALAT *Instrument Identity*

Nama : Push Pull Scale
Name
Merk / Pabrik : IMADA
Merk / Manufacture
Tipe / No seri : FB / 262181
Type / Serial Number
Kapasitas / Resolusi : 0 - 50 kgf / 0,5 kgf
Capacity / Resolution

IDENTITAS PEMILIK *Owner Identity*

Nama : PT. CHITOSE INTERNATIONAL, TBK
Name
Alamat : Jl. Industri III No. 5 Utama, RT 001 RW 008, Cimahi, Jawa Barat 40533
Address

KONDISI RUANG *Environmental Condition*

T = (22,7 ± 0,5) °C RH = (69 ± 2,7) %

IDENTITAS STANDAR *Standard Identity*

Nama : Anak Timbangan M1
Name
No Seri : M1-5KG & M1-5KG & No. 1-101
Serial Number

METODE KALIBRASI *Calibration Methode*

: ASTM E74 - 13a

Standar tersebut diatas telah tertelusur ke Sistem Satuan Internasional (SI) Melalui LK-305-IDN
Ketidakpastian kalibrasi ini merupakan ketidakpastian bentangan yang didapat dari sumber - sumber
kesalahan tipe A dan tipe B sesuai dengan JCGM 100:2008, yang dinyatakan pada tingkat kepercayaan
95 % dengan faktor cakupan k = 2

*Instrument Stated above has been traceable to System International Standard (SI), through LK-305-IDN
This calibration uncertainty is Expanded Uncertainty wich referred to type A and B source of error according to JCGM 100:2008
which is expressed as a 95 % confidence level by the coverage factor k = 2*

Di terbitkan tanggal, 19 Maret 2024
Date of issue

Disetujui Oleh
Approved By

Dycki Bachrul Rizqi
Approval Signatory

28 Maret 2024

diverifikasi oleh,

Mengetahui.

Yulan Septian Jr.



Shanty M.

Yulan Septian
Jr. Staf QC

shanty. M
Manager QC

Tidak dibenarkan mengutip/memperbanyak dan/atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa ijin PT. Gaya Instrumentasi Numerik
Sertifikat ini sah bila telah dibubuhi cap PT. Gaya Instrumentasi Numerik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang



LAPORAN KALIBRASI

Calibration Report

Halaman : 2 dari 2
Page of

NOMOR SERTIFIKAT : 1448.G-Sert/03/2024

Certified Number

Nama : Push Pull Scale
Name

Tipe / No seri : FB / 262181
Type / Serial Number

Lokasi Kalibrasi : PT. GAYA INSTRUMENTASI NUMERIK
Location of Calibration

Dikalibrasi Oleh : DA & DS
Calibrated By

Tarik / Pull

Pembacaan Standar Standard Indication (kgf)	Pembacaan Alat Instrument Indication (kgf)	Koreksi Correction (kgf)
5	5,0	0,0
10	10,0	0,0
15	15,0	0,0
20	20,0	0,0
25	25,0	0,0
30	30,0	0,0
35	35,0	0,0
40	40,0	0,0
45	45,0	0,0
50	50,0	0,0

Ketidakpastian Kalibrasi / Calibration Uncertainty = \pm 0,30 kgf

Akhir dari Sertifikat

End of Certificate

