

PT. GAYA INSTRUMENTASI NUMERIK

Jalan Gunung Rahayu No. 2 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Pasirkaliki
Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi 40514

Phone Office : (022) 2003491 Fax: (022) 82003637 Hotline: 08122224881
www.ginumerik.com E-mail : info@ginumerik.com



SERTIFIKAT KALIBRASI Calibration Certificate

Halaman : 1 dari 2
Page of

NOMOR SERTIFIKAT : 2330.G-Sert/05/2024
Certified No

No. Order
24 G 002 71

Tanggal Kalibrasi : 03 Juni 2024
Calibration Date

IDENTITAS ALAT *Instrument Identity*

Nama : Thickness Gauge
Name
Merk / Pabrik : Mitutoyo
Merk / Manufacture
Tipe / No seri : C1012XBS / 22019561
Type / Serial Number
Kapasitas / Resolusi : 0 - 10 mm / 0,01 mm
Capacity / Resolution

IDENTITAS PEMILIK *Owner Identity*

Nama : PT. CHITOSE INTERNATIONAL TBK
Name
Alamat : Jl. Industri III No. 5 Utama, RT 001 RW 008, Cimahi, Jawa Barat
Address
40533

KONDISI RUANG : T = (21,3 ± 0,5) °C RH = (65 ± 2,7) %
Environmental Condition

IDENTITAS STANDAR *Standard Identity*

Nama : Gauge Block
Name
No Seri : 140163
Serial Number



METODE KALIBRASI : JIS B 7503 : 2017
Calibration Methode


Standar tersebut diatas telah tertelusur ke Sistem Satuan Internasional (SI) Melalui LK-066-IDN
Ketidakpastian kalibrasi ini merupakan ketidakpastian bentangan yang didapat dari sumber - sumber
kesalahan tipe A dan tipe B sesuai dengan JCGM 100:2008, yang dinyatakan pada tingkat kepercayaan
95 % dengan faktor cakupan k = 2

Instrument Stated above has been traceable to System International Standard (SI), through LK-066-IDN

*This calibration uncertainty is Expanded Uncertainty wich referred to type A and B source of error according to JCGM 100:2008
which is expressed as a 95 % confidence level by the coverage factor k = 2*

Di terbitkan tanggal, 05 Juni 2024
Date of issue

12 Juni 2024 .
Diverifikasi oleh, mengetahui,

Yulan Soptran
Jr. Staff QC

Shariqul Mandiq
Mandiq QC

Disetujui Oleh
Approved By

Dycki Bachrul Rizqi
Approval Signatory

Tidak dibenarkan mengutip/memperbanyak dan/atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa ijin PT. Gaya Instrumentasi Numerik
Sertifikat ini sah bila telah dibubuhi cap PT. Gaya Instrumentasi Numerik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang



LAPORAN KALIBRASI

Calibration Report

Halaman : 2 dari 2
Page of

NOMOR SERTIFIKAT : 2330.G-Sert/05/2024
Certified No

Nama : Thickness Gauge
Name

Tipe / No seri : C1012XBS / 22019561
Type / Serial Number

Lokasi Kalibrasi : PT. GAYA INSTRUMENTASI NUMERIK
Calibration Located

Dikalibrasi Oleh : AFN
Calibrated By

Penunjukan Standar <i>Standard Indication</i> (mm)	Penunjukan Alat <i>Instrument Indication</i> (mm)	Koreksi <i>Correction</i> (mm)
1	1,00	0,00
2	2,00	0,00
3	3,00	0,00
4	4,00	0,00
5	5,00	0,00
6	6,00	0,00
7	7,00	0,00
8	8,01	-0,01
9	9,00	0,00
10	10,00	0,00

Ketidakpastian Kalibrasi / *Calibration Uncertainty* = $\pm 0,01$ mm

Akhir dari Sertifikat

End of Certificate

