

# Calibration Certificate

Certificate Number / Nomor Sertifikat

**10938.EPE-00.06.24**

Page 1 of 1 Page / Halaman 1 dari 1 Halaman

 Order Number / Nomor Order : 999.01.24-1  
 Received Date / Tanggal diterima : May 30, 2024  
 Customer / Pemilik : PT. Chitose Internasional. Tbk  
 Address / Alamat : Jl. Industri III No. 5

 Equipment Name / Nama Alat : Vernier Caliper  
 Manufacturer / Pabrik Pembuat : MITUTOYO  
 Type / Tipe : Analog  
 Serial Number / Nomor Seri : 626228  
 Capacity / Kapasitas : 0 ~ 600 mm  
 Resolution / Resolusi : 0.05 mm

**Environment Condition of Calibration**

Kondisi Lingkungan saat Kalibrasi

 Temperature / Suhu : ( 20.5 ± 0.8 ) °C  
 Humidity / Kelembapan : ( 53 ± 2.8 ) %RH  
 Reference / Acuan : EPE.03.02.01.09.01.02  
 Calibration Date / Tanggal Kalibrasi : May 31, 2024  
 Calibration Location / Lokasi Kalibrasi : Calibration Laboratory  
 PT. Eastern Pro Engineering

**Result of Calibration / Hasil Kalibrasi**

Standard Value Nilai Standar ( mm )	Unit Under Test Pembacaan Alat ( mm )	Correction Koreksi ( mm )	Uncertainty Ketidakpastian ( μm )
0.00	0.00	0.00	± 54 ✓
10.00	10.00	0.00	
50.00	50.00	0.00	
100.00	100.00	0.00	
200.00	200.00	0.00	
300.00	300.00	0.00	
400.00	400.00	0.00	
500.00	500.00	0.00	
600.00	600.00	0.00	

The Uncertainty is taken at a Confidence Level 95 % For Coverage Factor ( k ) = 2

Ketidakpastian dihitung pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan ( k ) = 2

Calibrator Name Nama Kalibrator	Manufacturer Pabrik Pembuat	Type Tipe	Serial Number Nomor Seri	Traceable to SI Through Tertelusur ke SI melalui
1 Gauge Block	METROLOGY	GB-9047-0	110095	SNSU BSN
2 Gauge Block	INSIZE	Grade 0	110034	SNSU BSN

 Calibrated By : RHA  
 Dikalibrasi oleh :  
 Typist : PA.  
 Pengetik

 Date of Issued  
 Tanggal Pengesahan  
 June 3, 2024


 Ir. Sukiswanto  
 Director / Direktur


10 Juni 2024

Diverifikasi oleh,

mengetahui.

— End of Certificate / Akhir dari Sertifikat —

  
 Yulan Septian  
 Jr. Staf QC.

  
 Manager QC
