

PT. GAYA INSTRUMENTASI NUMERIK

Jalan Gunung Rahayu No. 2 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Pasirkaliki
Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi 40514

Phone Office : (022) 2003491 Fax: (022) 82003637 Hotline: 08122224881
www.ginumerik.com E-mail : info@ginumerik.com



SERTIFIKAT KALIBRASI

Calibration Certificate

Halaman : 1 dari 2
Page of

NOMOR SERTIFIKAT : 2327.G.Sert/05/2024
Certified Number

No. Order
24 G 002 71

Tanggal Kalibrasi : 03 Juni 2024
Calibration Date

IDENTITAS ALAT

Instrument Identity

Nama : Vernier Caliper
Name

Merk / Pabrik : Mitutoyo
Merk / Manufacture

Tipe / No seri : CD-12" C / 14006396
Type / Serial Number

Kapasitas / Resolusi : 0 - 150 mm / 0,01 mm
Capacity / Resolution

IDENTITAS PEMILIK

Owner Identity

Nama : PT. CHITOSE INTERNATIONAL TBK
Name

Alamat : Jl. Industri III No. 5 Utama, RT 001 RW 008, Cimahi, Jawa Barat 40533
Address

KONDISI RUANG : T = (19,8 ± 0,5) °C RH = (64 ± 2,7) %
Environmental Condition

IDENTITAS STANDAR

Standard Identity

Nama : Gauge Block
Name

No Seri : 140163
Serial Number

METODE KALIBRASI : JIS B 7507 : 2016
Calibration Methode

Standar tersebut diatas telah tertelusur ke Sistem Satuan Internasional (SI) Melalui LK-066-IDN
Ketidakpastian kalibrasi ini merupakan ketidakpastian bentangan yang didapat dari sumber - sumber
kesalahan tipe A dan tipe B sesuai dengan JCGM 100:2008, yang dinyatakan pada tingkat kepercayaan
95 % dengan faktor cakupan k = 2

Instrument Stated above has been traceable to System International Standard (SI), through LK-066-IDN

*This calibration uncertainty is Expanded Uncertainty wich referred to type A and B source of error according to JCGM 100:2008
which is expressed as a 95 % confidence level by the coverage factor k = 2*

Di terbitkan tanggal, 05 Juni 2024
Date of Issue

17 Juni 2024

diverifikasi oleh,

Yulan Septian
Jr. Staf QC



Mengetahui,

Shanty
Mandger/QC

Disetujui Oleh
Approved By

PT. GAYA INSTRUMENTASI NUMERIK
Dycki Bachrul Rizqi
Approval Signatory

Tidak dibenarkan mengutip/memperbanyak dan/atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa ijin PT. Gaya Instrumentasi Numerik
Sertifikat ini sah bila telah dibubuhi cap PT. Gaya Instrumentasi Numerik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang



LAPORAN KALIBRASI

Calibration Report

Halaman : 2 dari 2
Page of

NOMOR SERTIFIKAT : 2327.G.Sert/05/2024

Certified Number

Nama : Vernier Caliper
Name

Tipe / No seri : CD-12"C / 14006396
Type / Serial Number

Lokasi Kalibrasi : PT. GAYA INSTRUMENTASI NUMERIK
Calibration Located

Dikalibrasi Oleh : AFN
Calibrated By

Penunjukan Standar <i>Standard Indication</i> (mm)	Penunjukan Alat <i>Instrument Indication</i> (mm)	Koreksi <i>Correction</i> (mm)
1	1,00	0,00
2	2,00	0,00
5	5,00	0,00
10	10,00	0,00
20	20,00	0,00
30	30,00	0,00
40	40,00	0,00
50	50,01	-0,01
70	70,01	-0,01
100	100,01	-0,01
120	120,00	0,00
150	150,01	-0,01

Ketidakpastian Kalibrasi / *Calibration Uncertainty* = $\pm 0,02$ mm

Akhir dari Sertifikat

End of Certificate

